

Số: /BVLBP-KD-VTTBYT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2024

V/v gia hạn mời báo giá
Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ
công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện
Lao và Bệnh phổi Bình Định

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn Quyết định số 650/QĐ-BVLBP ngày 05 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2);

Căn cứ Công văn số 654/BVLBP-KD-VTTBYT ngày 06/06/2024 V/v mời báo giá Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2).

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có nhu cầu tiếp tục nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2), thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2). Cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

2. Thông tin, cách thức tiếp nhận báo giá: (Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện).

- Tên người nhận báo giá: Phan Huỳnh Ngọc Hiếu, Chức vụ: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

- Địa chỉ: Số 07 Hồ Đắc Di, Tổ 2, KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Số điện thoại: 02563.848.527 – 0987.575.380; Email: kduocbvl@gmail.com

3. Thời hạn gia hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/6/2024 đến trước 15h30 ngày 24/6/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24/6/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật/Đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Băng keo chỉ thị nhiệt	Chất liệu là giấy chịu nhiệt, hiển thị nhiệt độ theo từng thang màu khác nhau. Mặt trên có các vạch mực in thay đổi màu sắc khi tiếp xúc với nhiệt độ và hơi nước trong một khoảng thời gian nhất định Bề rộng $\geq 12\text{mm}$, chiều dài của cuộn $\geq 50\text{m}$	Cuộn	15	
2	Máy đo Nhiệt kế ẩm kế tự ghi điện tử	Màn hình hiển thị LCD, khoảng 2.8 inch. * Phạm vi đo nhiệt độ: $-40^{\circ}\text{C} \sim + 85^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 185^{\circ}\text{F}$) * Nhiệt độ chính xác: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$; $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (khác) * Độ ẩm: 10% ~ 99%. Độ chính xác độ ẩm: $\pm 3\%$ RH (25°C , 20% ~ 90% RH); $\pm 5\%$ RH (khác) * Độ phân giải: nhiệt độ 0.1°C , độ ẩm 0.1% RH * Dung lượng ghi: 16000 điểm (tối đa) * Khoảng thời gian ghi: 10 giây ~ 24 giờ * Kết nối dữ liệu: USB * Nguồn điện: Pin lithium 3.6V * Kích thước khoảng: (118 x 61.5 x 19)mm * Hộp 1 cái	Cái	3	
3	Dây thở oxy một nhánh	Số 14, làm bằng nhựa đã tiệt khuẩn, sử dụng một lần.	Cái	200	
4	Găng tay phẫu thuật	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (có bột) Dài 280mm Các số: 6,5; 7; 7,5 Đóng gói 1 đôi. Tiệt trùng.	Đôi	1.500	
5	Giấy chỉ thị hóa học	Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121 độ C hoặc 132 độ C. Đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, thời gian, hơi nước.	Miếng /Tờ	1.500	
6	Ống nghiệm thủy tinh	Ống Thủy Tinh dùng trong xét nghiệm Đường kính 10mm, chiều cao 70mm.	Ống	300	
7	Bơm Tiêm Lấy Mẫu Máu Chống Đông	Dung tích: 1ml hoặc 2ml Thuốc chống đông máu: Định lượng theo I.U.: ~ 50 I.U./ml máu. Công dụng: Dùng thu thập máu cho việc phân tích pH, khí máu, đo oxy, chất điện giải và chất chuyển hóa. Chất liệu: Nhựa Loại bơm tiêm: Bơm tiêm dạng luer slip đóng gói vô trùng, kim đóng gói riêng. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng / lưu trữ ở nơi khô ráo.	Cái	100	
8	Nước cất	Đạt tiêu chuẩn nước cất 1 lần	Lít	2.000	
9	Tinh dầu sả	Tinh dầu sả màu vàng, màu hơi nâu có mùi thơm	Lít	20	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật/Đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
10	Hóa chất pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học	Thành phần: Anhydrous Sodium Sulfate[Na ₂ SO ₄]: 1.0% Preservative Solution[C ₅ H ₄ NOSNa]: 0.06% Muriate[KCl]: 0.04% Sodium Chloride: 0.4% Water: 98.5% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết học tại bệnh viện)	Lít	60	
11	Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học	Thành phần: Sodium chloride: 0.5% Muriate: 0.05% Anhydrous Sodium Sulfate: 1% Surfactant(Polyoxyethylene lauryl ether, C ₅₈ H ₁₁₈ O ₂₄): 0.2% Water: 98.25% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết học tại bệnh viện)	Lít	40	
12	Hóa chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học	Thành phần: Boric acid: 0.5% Borax: 0.1% Dodecyl trimethyl ammonium chloride: 3% Myristyl trimethyl ammonium bromide: 0.3% Water: 96.1% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết học tại bệnh viện)	Lít	3	
13	Dung dịch bảo quản tế bào máu và tẩy hóa chất	Thành phần: Trihydroxymethyl Aminomethane: 0.5% Hydrochloric Acid: 0.05% Triton: 0.01% Water: 99.46% (Phù hợp với máy xét nghiệm huyết học tại bệnh viện)	Lít	80	
14	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm khí máu (pH, pO ₂ , pCO ₂ , total Hemoglobin).	Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; PCO ₂ ; PO ₂ ; tHb; BP; HCO _{3a} ; HCO _{3s} ; BE; SBE; TCO ₂ ; BB; O ₂ Sat; O ₂ CT; P50; H ⁺ ; AaDO ₂ , Hct, H ⁺ . (Phù hợp với máy xét nghiệm khí máu tại bệnh viện)	Bộ	2	
15	Dung dịch rửa cho xét nghiệm khí máu (pH, pO ₂ , pCO ₂ , total hemoglobin).	Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; PCO ₂ ; PO ₂ ; tHb; BP; HCO _{3a} ; HCO _{3s} ; BE; SBE; TCO ₂ ; BB; O ₂ Sat; O ₂ CT; P50; H ⁺ ; AaDO ₂ , Hct, H ⁺ (Phù hợp với máy xét nghiệm khí máu tại bệnh viện)	Test	320	
16	Hóa chất hiệu chuẩn cho máy đo điện giải	Chức năng: Để hiệu chuẩn 2 điểm cho Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải. (Hộp gồm: Chất chuẩn A x 430 ml; Chất chuẩn B x 110ml) Bảo quản: 0-40 °C (Phù hợp với máy đo điện giải tại bệnh viện)	Hộp	2	
Danh mục gồm 16 mặt hàng.					

2. Nội dung chào giá:

Khi chào giá, đề nghị Công ty/Đơn vị lưu ý những nội dung sau:

- Bảng chào giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của Công ty/ Đơn vị;
- Giá dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí như thuế VAT và các loại chi phí liên quan khác;
- Bảng chào giá phải ghi rõ: Ngày chào giá;
- Hiệu lực bảng chào giá: Tối thiểu 90 ngày;
- Bảng chào giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục đính kèm công văn này.
- Phía ngoài bì thư gửi báo giá, ghi rõ: Bảng báo giá vật tư hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2).

3. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược-VTTBYT – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2024 (tùy theo ký kết hợp đồng)

5. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không
- Điều kiện thanh toán hợp đồng: Theo hóa đơn xuất trong vòng 60 ngày

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định rất mong nhận được chào giá, các tài liệu liên quan của các Công ty/ Đơn vị và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty/ Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
- Phòng TCKT(Đăng trang muasamcong.mpi.gov.vn);
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, KD-VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Châu Văn Tuấn

Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /BVLBP-KD-VTTBYT ngày /6/2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định)

Tên Công ty/Đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____, ngày tháng năm 2024

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của...[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế, hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2), như sau:

Công ty/Đơn vị.....xin chào giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật/ Đóng gói	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1							
2							
....							
	Tổng cộng						

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày ký (Tối thiểu 90 ngày).
2. Giá trị dịch vụ trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí như thuế VAT và các loại phí khác có liên quan.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu