

Số: /BVLBP-KDVTTBYT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v mời báo giá Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định thuộc Dự toán Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

2. Thông tin, cách thức tiếp nhận báo giá: (Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện).

- Tên người nhận báo giá: Phan Huỳnh Ngọc Hiếu, Chức vụ: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

- Địa chỉ: Số 07 Hồ Đắc Di, Tổ 2, KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Số điện thoại: 02563.848.527 – 0987.575.380; Email: kduocbvl@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14/6/2024 đến trước ngày 15h30 ngày 26/6/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26/6/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế cụ thể như sau:

TT	Tên dịch vụ bảo dưỡng	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Số lần bảo dưỡng/năm	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
1	Bảo dưỡng Máy phân tích sinh hóa tự động TC MATRIX	-Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện nối đất. -Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và phích cắm -Kiểm tra hệ thống đường dẫn, ống nối của thiết bị tới bình nước cất, nước rửa máy	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

TT	Tên dịch vụ bảo dưỡng	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Số lần bảo dưỡng/năm	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
		-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận phía trong máy gồm motor khay hóa chất, moto khay mẫu bệnh phẩm -Vệ sinh kim hút mẫu, kim khuấy, bộ rửa kim hút mẫu kim khuấy...					
2	Bảo dưỡng Máy phân tích huyết học tự động NIHON KOHDEN	-Kiểm tra thiết bị tất cả nguồn điện, - Kiểm tra toàn diện về cơ học các chuyển mạch và các nút điều khiển, hệ thống đường dẫn, ống nối của thiết bị với hóa chất pha loãng, hóa chất tẩy rửa, hóa chất phá hồng cầu và nước thải.Vô mỡ các thanh ray chuyển động của 02 kim hút mẫu. -Vệ sinh bộ nguồn, các bo mạch trong máy - Kiểm tra các điều kiện sử dụng: nguồn điện cung cấp, nhiệt độ, độ ẩm. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm bên trong máy, các phễu trộn, hệ thống ống dây, bơm cách ly. - QC và hiệu chuẩn các thông số.	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Bảo dưỡng Hệ thống định danh vi khuẩn (máy VITEK 2 COMPACT 60)	- Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện nối đất. -Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và phích cắm. -Kiểm tra các bảng điều khiển, các thông số kỹ thuật của máy. -Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp, các công tắc cảm biến car kháng sinh đồ. -Làm sạch các cảm biến hồng ngoại góc quay. - Chạy test mật độ quang bóng đèn...	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Bảo dưỡng Hệ thống máy ELISA tự động (Chromate 433, Stat Fax 2600, Stat Fax 2200 - (TPCP)	-Kiểm tra tất cả thiết bị điện. -Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp. -Vệ sinh bộ quang bước sóng. -Vệ sinh bộ vi tính kết nối với máy -Vệ sinh bộ bơm máy rửa khay -Vệ sinh quạt gió bộ nhiệt độ máy ủ - Chạy test lưu lượng thuốc rửa, nước rửa máy rửa. -Chạy test nhiệt độ và thời gian máy ủ. -Chạy test kết quả máy đo. -Kiểm tra kết nối trả kết quả bệnh nhân...	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Bảo dưỡng Máy X-Quang Shimazdu	- Kiểm tra các điều kiện hoạt động bao gồm nguồn điện, ổn áp, tiếp địa. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm cả bên trong tủ điện. - Kiểm tra chức năng của bàn bệnh nhân, giá chụp phổi, cân chỉnh lại vị trí nếu lệch. - Kiểm tra chức năng của diapharm, khắc phục nếu lệch/ lỗi nhẹ. - Kiểm tra chức năng của các phím. - Kiểm tra dầu làm mát. - Kiểm tra khả năng phát tia ở nhiều yếu tố.	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

TT	Tên dịch vụ bảo dưỡng	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Số lần bảo dưỡng/năm	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
6	Bảo dưỡng Hệ thống chụp cắt lớp Philips vi tính 16 lát cắt/vòng quay ACCESS CT kèm máy bơm thuốc cản quang	- Kiểm tra bảo dưỡng an toàn và tính hợp lệ của hệ thống; -Kiểm tra bảo dưỡng chất lượng hình ảnh; -Kiểm tra các chức năng/điều chỉnh (Function Check/ Ajustment) -Kiểm tra các phím bấm bảng điều khiển, các thông số kỹ thuật của máy, chạy test các thông số cài đặt vùng chụp.	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
7	Bảo dưỡng Máy đo chức năng hô hấp HP 801	- Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện, màn hình chính, bàn phím chế độ đo FVC và SVC, đầu dò cảm ứng...	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
8	Bảo dưỡng Kính hiển vi OLYMPUS 2 mắt (NSTW)	- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất vệ sinh quang học chuyên dụng - -Bảo trì bảo dưỡng 4 hệ thống; Giá đỡ, phóng đại, chiếu sáng, điều chỉnh...	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
9	Bảo dưỡng Kính hiển vi OLYMPUS (QTC)	- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất vệ sinh quang học chuyên dụng - -Bảo trì bảo dưỡng 4 hệ thống; Giá đỡ, phóng đại, chiếu sáng, điều chỉnh...	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
10	Bảo dưỡng Kính hiển vi 2 mắt OLYMPUS CX21 (QTC)	- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất vệ sinh quang học chuyên dụng - -Bảo trì bảo dưỡng 4 hệ thống; Giá đỡ, phóng đại, chiếu sáng, điều chỉnh...	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
11	Bảo dưỡng Kính hiển vi 2 mắt OLYMPUS CX21 (QTC)	- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất vệ sinh quang học chuyên dụng - -Bảo trì bảo dưỡng 4 hệ thống; Giá đỡ, phóng đại, chiếu sáng, điều chỉnh...	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
12	Bảo dưỡng Monitoring theo dõi BN 5 thông số PVM-2701 Nihon Kohden (TPCP)	- Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự phòng - Kiểm tra chức năng các phụ kiện - Kiểm tra hoạt động và hiệu chuẩn, sửa chữa nhỏ (nếu có)	Thiết bị	6	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
13	Bảo dưỡng Monitoring OMNI (TPCP)	- Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự phòng - Kiểm tra chức năng các phụ kiện - Kiểm tra hoạt động và hiệu chuẩn, sửa chữa nhỏ (nếu có)	Thiết bị	3	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

TT	Tên dịch vụ bảo dưỡng	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Số lần bảo dưỡng/năm	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
14	Bảo dưỡng Máy thở V.Smart VFS-410 - MV10KB0610VNM	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm. - Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyên mạch và các núm điều khiển. -Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động. - Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần). - Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân. -Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần). - Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện). 	Thiết bị	2	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
15	Máy thở cho bệnh nhân (Xâm lấn, chăm sóc đặc biệt) Savina 300	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm. - Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyên mạch và các núm điều khiển. -Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động. - Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần). - Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân. -Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần). - Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm thay thế vật tư, linh kiện). 	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
16	Bảo dưỡng Máy ly tâm lạnh KUBOTA 5930	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bên ngoài và bên trong, thổi bụi than chì. - Vệ sinh cực góp (nếu cần) - Vận hành thử nghiệm và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có) 	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
17	Bảo dưỡng Máy li tâm KUBOTA 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bên ngoài và bên trong, thổi bụi than chì. - Vệ sinh cực góp (nếu cần) - Vận hành thử nghiệm và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có) 	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
18	Bảo dưỡng Tủ lạnh sam sung RT2ASHMG	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra dòng điện qua block lạnh - Xử lý các lỗi nhỏ (nếu có) 	Cái	2	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
19	Bảo dưỡng Tủ an toàn sinh học cấp I	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh toàn bộ thiết bị bằng hóa chất tiệt trùng chuyên dụng 	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần	BV Lao và Bệnh	12 tháng kể từ ngày

TT	Tên dịch vụ bảo dưỡng	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Số lần bảo dưỡng/năm	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
	NUAIRE NU -813-400E	- Kiểm tra hoạt động và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)			cách nhau 5,6 tháng)	phổi Bình Định	hợp đồng có hiệu lực
20	Bảo dưỡng Tủ an toàn sinh học cấp II TELSTAR BIO - IIA	- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bằng hóa chất tiệt trùng chuyên dụng - Kiểm tra hoạt động và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
21	Bảo dưỡng Tủ an toàn sinh học TELSTAR BIO – IIA PLUS4	- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bằng hóa chất tiệt trùng chuyên dụng - Kiểm tra hoạt động và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
22	Bảo dưỡng Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO SCR-2A1	- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bằng hóa chất tiệt trùng chuyên dụng. - Kiểm tra hoạt động và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)	Thiết bị	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
23	Bảo dưỡng Máy hút dịch 2 bình	- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất khử trùng - Tra dầu mỡ các ổ bi, cơ cấu chuyển động - Kiểm tra hoạt động và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)	Thiết bị	3	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
24	Bảo dưỡng Máy hút điện (hút dịch, khí màng phổi) CONSTANT 1400 Shin-Ei (Sanko)	- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất khử trùng - Tra dầu mỡ các ổ bi, cơ cấu chuyển động - Kiểm tra hoạt động và khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)	Thiết bị	10	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
25	Bảo dưỡng Bơm tiêm điện TE-SS700 TERUMO	- Vệ sinh thiết bị - Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn (nếu cần)	Cái	15	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
26	Bảo dưỡng Máy xông khí dung Biohealth NEB PRO	- Vệ sinh thiết bị. - Tra dầu các ổ bi - Khắc phục các lỗi nhỏ (nếu có)	Cái	16	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
27	Bảo dưỡng Máy điện tim 3 kênh ECG-1150	- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các điện cực, dây cáp, đầu in nhiệt - Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn, cài đặt các bộ lọc nhiễu (nếu cần) - Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có)	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

TT	Tên dịch vụ bảo dưỡng	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Số lần bảo dưỡng/năm	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
28	Bảo dưỡng Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K NIHON KOHDEN	- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các điện cực, dây cáp, đầu in nhiệt - Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn, cài đặt các bộ lọc nhiễu (nếu cần) - Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có)	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
29	Bảo dưỡng Máy điện tim 12 kênh BeneHeart R12 - Mindray	- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các điện cực, dây cáp, đầu in nhiệt - Vận hành thử nghiệm và hiệu chuẩn, cài đặt các bộ lọc nhiễu (nếu cần) - Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có)	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
30	Bảo dưỡng Nồi hấp tiệt trùng ES-315 TOMY	- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm. - Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyên mạch và các núm điều khiển. - Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động. - Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần). - Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân. - Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần). - Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ.	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
31	Bảo dưỡng Nồi hấp đung TOMY 220V - 70 lít	- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ phích cắm. - Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyên mạch và các núm điều khiển. - Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền động. - Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần). - Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu nối của máy với bệnh nhân. - Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các thông số (nếu cần). - Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).	Cái	1	2 lần/năm (Mỗi lần cách nhau 5,6 tháng)	BV Lao và Bệnh phổi Bình Định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng: 31 dịch vụ							

2. Nội dung chào giá:

Khi chào giá, đề nghị Công ty/Đơn vị lưu ý những nội dung sau:

- Bảng chào giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của Công ty/ Đơn vị;
- Báo giá trọn gói thầu, bao gồm tất cả các chi phí có liên quan bảo dưỡng:

Phí VAT, chi phí đi lại, chi phí ăn ở, vận chuyển, vận hành chạy thử, thuế và các chi phí khác... đến tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

- Bảng chào giá phải ghi rõ: Ngày chào giá; Hiệu lực báo giá.
- Bảng chào giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục đính kèm công văn này.

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định .

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2024

5. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không
- Điều kiện thanh toán hợp đồng: Theo hóa đơn xuất trong vòng 60 ngày

*** Lưu ý:**

Phía ngoài bì thư gửi báo giá, ghi rõ: “*Báo giá gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định*”.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định rất mong nhận được chào giá, các tài liệu liên quan của các Công ty/ Đơn vị và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty/ Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
- Phòng TCKT (Đăng trang muasamcong.mpi.gov.vn)
- Đăng trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, KD-VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Châu Văn Tuấn

Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /BVLBP-KD-VTTBYT ngày /6/2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định)

Tên Công ty/Đơn vị
Địa chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____, ngày _____ tháng _____ năm 2024

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của....[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế như sau:

Công ty/Đơn vị.....xin chào giá như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1							
2							
....							
	Tổng cộng						

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày 26/6/2024 (Tối thiểu 90 ngày).
- Giá trị dịch vụ trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí như thuế VAT và các loại phí khác có liên quan.
- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/ĐƠN VỊ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu