

Số: /TB-BVLBP

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

### THÔNG BÁO

**Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế, linh kiện, phụ kiện hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định thuộc dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế, linh kiện, phụ kiện hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định**

Căn cứ Quyết định Số KQ2500058589\_2503261543 ngày 26/03/2025 của Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế, linh kiện, phụ kiện hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế, linh kiện, phụ kiện hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế, linh kiện, phụ kiện hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

Chủ đầu tư (Bên mời thầu) thông báo cho nhà thầu tham dự gói thầu: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế, linh kiện, phụ kiện hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, thuộc dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế, linh kiện, phụ kiện hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

#### I. Danh sách nhà thầu trúng thầu:

Stt	Tên nhà thầu trúng thầu	Địa chỉ	Giá trúng thầu
1	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG	345/1 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam VPGD: 4/7 Hậu Giang, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Mã số thuế: <b>0309779984</b> <b>vn0309779984</b>	91.024.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn). Danh mục gồm 11 dịch vụ (Phụ lục đính kèm).

\* (Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí có liên quan: Phí VAT, chi phí đi lại, chi phí ăn ở, vận chuyển, lắp đặt, vận hành chạy thử và các chi phí khác có liên quan... đến tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.).

- **Nguồn vốn:** Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

**II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn:**

STT	Tên nhà thầu	Mã định danh	Tóm tắt lý do
1	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ TBYT NAM HY	0315585842	Không đánh giá HSDT do áp dụng quy trình 2

**III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:**

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định đề nghị CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG (nhà thầu trúng thầu) tiến hành bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% giá trị hợp đồng (bảo đảm thực hiện hợp đồng trước ngày hợp đồng có hiệu lực) và đến Văn phòng Bệnh viện (số 07 Hồ Đắc Di, Tổ 2, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng cho gói thầu nêu trên kể từ ngày 27/03/2025 đến hết ngày 03/04/2025.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định thông báo cho nhà thầu tham dự gói thầu trên được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến ký kết hợp đồng theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Các nhà thầu;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT, KDVTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Phúc Thanh**

**Phụ lục :**

## **DANH MỤC DỊCH VỤ TRÚNG THẦU**

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG

Địa chỉ: 345/1 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VPGD: 4/7 Hậu Giang, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

SĐT: 090 3835567 Mã số thuế: **0309779984**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>STT</b>	<b>Danh mục dịch vụ</b>	<b>Tiêu chuẩn kỹ thuật</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn giá ( đã có VAT)</b>	<b>Thành tiền ( đã có VAT)</b>
1	Thiết bị cấp khí đầu ra – khí oxy	Hãng sản xuất: Silbermann Xuất xứ: Israel Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Có kết hợp với van bảo trì, sẽ tự động tắt nguồn cung cấp khí khi sửa chữa mà không cần cách ly nguồn cung cấp khí. Có Van kiểm tra bao gồm một van lò xo đặt trong một thân đồng được gia công chính xác. Van kiểm tra cho phép cấp khí khi đầu cắm nhanh được kết nối và bịt kín dòng khí khi đầu đầu cắm nhanh bị ngắt. Có mã hoá màu để nhận biết được mỗi loại khí khác nhau, có chức năng chống nhầm khí. Có chốt chống xoay bằng thép không gỉ, được đặt ở vị trí 12 giờ để tránh đồng hồ đo lưu lượng rơi xuống trong khi đưa vào ổ khí. Bộ phận 1 Fix được làm từ đồng thau, bộ phận 2 Fix được làm từ nhựa ABS chống cháy. Các lò xo, chân chốt, chân chống xoay được sản xuất từ thép không gỉ. Mỗi thành phần riêng lẻ của ổ khí phải được đóng gói trong một túi polythene trong suốt để bảo vệ chống lại ô nhiễm bên ngoài như nước và duy trì sự sạch sẽ. Các thiết bị ổ lấy khí có độ sạch được đảm bảo dưới 0,01 mg / cm <sup>2</sup> hydrocarbon trên tẩy dầu bề mặt của sản phẩm. Các ổ khí được kết nối với đường ống đường kính 12mm, được khử dầu và làm sạch theo tiêu chuẩn ISO13485 và có mức carbon tối đa	Bộ	14	2.008.800	28.123.200

STT	Danh mục dịch vụ	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền (đã có VAT)
		0,2mg/dm <sup>2</sup> .				
2	Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm Bình	Hãng sản xuất: Silbermann Xuất xứ: Israel Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO13485, ISO9001 Lưu lượng kế oxy từ 0-15l/phút , đầu nối theo tiêu chuẩn BS Áp lực tối đa cung cấp đầu vào là 600 kPa Áp lực sử dụng là 400 kPa	Bộ	14	1.803.600	25.250.400
3	Đường ống đồng y tế 12mm, dày 0,7mm	Hãng sản xuất: Kembla Xuất xứ: Korea Tiêu chuẩn chất lượng : BSEN 13348, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 - Ống đồng chuyên dùng cho y tế đường kính Ø12 - Độ dày: 0,8mm	Mét	90	200.200	18.018.000
4	Đường ống đồng y tế 15mm, dày 0,7mm	Hãng sản xuất: Kembla Xuất xứ: Australia Tiêu chuẩn chất lượng : BSEN 13348, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 - Ống đồng chuyên dùng cho y tế đường kính Ø15 - Độ dày: 0,7mm Ống đồng y tế đường kính 15mm, dày 0,7mm	Mét	45	216.000	9.720.000
5	Co nối 90 độ đường kính từ 12mm-15mm	Xuất xứ: Việt Nam Co nối 90 độ đường kính từ 12mm-15mm	Lô	1	988.200	988.200
6	Măng sông nối thẳng đường kính từ 12mm-15mm	Xuất xứ: Việt Nam Măng sông nối thẳng đường kính từ 12mm-15mm	Lô	1	988.200	988.200

STT	Danh mục dịch vụ	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền (đã có VAT)
7	Nồi giảm đường kính từ 12mm-15mm	Xuất xứ: Việt Nam Nồi giảm đường kính từ 12mm-15mm	Lô	1	988.200	988.200
8	Te nối đường kính từ 12mm-15mm	Xuất xứ: Việt Nam Te nối đường kính từ 12mm-15mm	Lô	1	988.200	988.200
9	Van ngắt tay D12	Hãng sản xuất: Giacomini Xuất xứ: Italy Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015 Van bi tay gạt thân van bằng đồng (đóng, mở nhanh góc 90 độ)	Cái	3	853.200	2.559.600
10	Van ngắt tay D15	Hãng sản xuất: Giacomini Xuất xứ: Italy Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015 Van bi tay gạt thân van bằng đồng (đóng, mở nhanh góc 90 độ)	Cái	1	1.047.600	1.047.600
11	Que hàn, khí hàn, hộp nhựa, ty ren giá đỡ...	Vật tư phụ kiện, Que hàn, khí hàn, hộp nhựa, ty ren giá đỡ...	Lô	1	2.352.400	2.352.400
<b>Danh mục dịch vụ gồm: 11 dịch vụ</b>			<b>Thành tiền:</b>		<b>91.024.000</b>	
<p><b>(Bằng chữ: Chín mươi một triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).</b></p> <p><b>Ghi chú:</b> (Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí có liên quan: Phí VAT, chi phí đi lại, chi phí ăn ở, vận chuyển, lắp đặt, vận hành chạy thử và các chi phí khác có liên quan... đến tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.).</p>						